Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

CARROZZINA MANUALE K300 LGH

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
DESCRIZIONE : CARROZZINA KOMETA MOD. **K300 LGH "leggera"**

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 6216/R – 6217/R – 6219/R – 6221/R – 6223/R – 6224/R**

CODICE PRODOTTO: 854674 – 854675 – 854676 – 854677 – 854678 - 854679

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e alluminio)



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida e a posizionamento variabile
- Ruote anteriori regolabili in inclinazione
- Ruotine ascensore
- Braccioli a scrivania estraibili e ribaltabili mod. K12/300 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili e regolabili mod. K20/300
- Larghezza sedile cm41-43-46-48-50-55
- Colore grigio metallizzato

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039 - 12.24.03.121
12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.21.109 - 12.24.21.112
12.24.06.175 (solo per sedile cm46-48-50-55)

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
62	30	41	23	51	89	107	40	41	15,50	110
64	30	43	23	51	89	107	40	41	15,70	110
69	30	46	23	51	89	107	40	41	15,85	110
71	30	48	23	51	89	107	40	41	16,00	110
73	30	50	23	51	89	107	40	41	16,15	110
78	30	55	23	51	89	107	40	41	16,40	110

Optional:
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13/300 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili e regolabili ed elevabili in altezza mod. K21/300 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote:	Anteriori piene	Soft	200 x 32
	Posteriori piene	Soft	24" x 1-3/8"

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.
Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.
Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)