

SCHEDA TECNICA

SET LARINGOSCOPIO A F.O. CON LAME MACINTOSH

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: SET LARINGOSCOPIO A F.O. CON LAME MACINTOSH

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1133310/R**

CODICE: 500040 (ref. 810-921-13)

Set completo di:

Lame Macintosh gr. 1,2,3,4

Manico a batteria Led 3,5V gr. Medium

Valigetta Ref. 832-088-01

Lame Macintosh gr. 1 , 2 , 3 , 4

Manico LED a batteria 2,5V gr. Medium

Batterie alcaline del tipo C (non incluse)

Vano batterie a chiusura ermetica. Evita possibili infiltrazioni di liquidi nella batteria.

Sterilizzabili in autoclave a 121°C (per 30 minuti) ed a 132°C (per 4 minuti).

Sterilizzabili con ossido di etilene ad una temperatura massima di 65°C

Possibile la sterilizzazione al Plasma.

Conforme agli standard BS EN ISO 7376 (Green System).

Valigetta Ref. 832-088-01



CARATTERISTICHE LAME:

- Fascio di fibre ottiche (F.O.) del diametro di 4,5 mm, protetto contro danneggiamenti, con oltre 6500 micro fibre, per aumentarne la trasmissione di luce e la durata
- Nessun rivestimento al cromo
- Fibre di alta qualità per un'eccellente trasmissione di luce. 6.000 lux con lampadina da 2.5V Xenon/Alogena e 13.000 lux con lampadine da 3,5V
- Le lame non richiedono alcun tipo di intervento ed assistenza
- Sterilizzabili in autoclave a 132°C per 4 minuti e 4000 cicli standard.
- Nessuna controindicazione in caso di utilizzo sistema di sterilizzazione ETO, autoclave a vapore, o con Sporax o Cidex
- Possibile la sterilizzazione al Plasma (gas ionizzato)
- Tutte le lame sono compatibili con i tutti i manici a norme ISO 7376 (Green System)

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.